

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu technicznego, konserwacji serwisowych oraz napraw sprzętu medycznego w Szkolnym Gabinetie Stomatologicznym w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi.

1. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane w celu dopuszczenia w/w urządzeń medycznych do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:

- a) utrzymanie sprawności techniczno-eksploatacyjnej urządzeń objętych niniejszym zamówieniem,
- b) przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sprzętu medycznego (w tym pomiary bezpieczeństwa elektrycznego) oraz wydanie certyfikatu przeglądu urządzenia.
- c) prowadzenie paszportów technicznych sprzętu medycznego tj. wprowadzanie każdorazowo wpisu o wykonanych czynnościach, uszkodzeniach oraz o dopuszczeniu lub nie urządzenia medycznego do dalszego użytkowania,
- d) przeprowadzenie konserwacji serwisowych w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby po dokonanych przeglądzie technicznym sprzętu medycznego.
- e) wykonanie niezbędnych napraw w przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu medycznego.

1.2. Przez przeglądy i konserwację serwisową należy rozumieć wykonanie czynności, których zakres określa producent danego sprzętu medycznego polegający na kontroli poprawności jego działania, przeprowadzenia stosownych regulacji, pomiarów, sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, wymianie określonych zużywalnych części eksploatacyjnych (filtry, uszczelki, bezpieczniki, baterie, żarówki itp.), konserwacji oraz potwierdzenia powyższego stosownym protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego sprzętu. Wykonawca powyższych usług ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z niedopełnienia, zaniedbania a przez to nieprawidłowego wykonania przeglądu konserwacji lub naprawy.

1.3. Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) wykonania zleconych prac serwisowych zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1620, ze zm.),
- b) w kwocie wykonania przeglądu Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z usługą i dojazdem serwisu do użytkownika oraz transportu aparatu kurierem do i od Wykonawcy w razie konieczności wykonania usługi w siedzibie Wykonawcy,
- c) wartość zamówienia nie uwzględnia kosztów ewentualnego wykonania konserwacji serwisowych oraz naprawy sprzętu. Koszty i zakres ewentualnych konserwacji serwisowych oraz naprawy sprzętu medycznego (unitu stomatologicznego, autoklawu, mieszalnika amalgamatu, lodówki). Wykonawca musi przedstawić kosztorys naprawy sprzętu/ kosztorys konserwacji sprzętu i uzyskać jego akceptację.

1.4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany części zamiennych i materiałów wyłącznie nowych, fabrycznie oryginalnych.

1.5. Usługi przeglądu technicznego, konserwacji serwisowych oraz naprawa sprzętu medycznego będą wykonywane w Szkolnym Gabinetie Stomatologicznym w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi przy ul. Kościuszki 30 przez serwisanta posiadającego odpowiednie kwalifikacje do przeglądów, konserwacji i napraw.

1.6. Gwarancja na wymienione części i materiały nie powinna być krótsza od gwarancji

producenta, natomiast okres gwarancji na wykonane prace serwisowe nie może być krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty wykonania naprawy. Narzuty na części i materiały nie mogą przekroczyć 20%.

1.7. Jeśli sprzęt medyczny, jest nienaprawialny ze względu na brak części zamiennych lub jego naprawa jest nieopłacalna – Wykonawca zobowiązany jest w ramach przeglądu wystawić orzeczenie techniczne będące dla Zamawiającego podstawą do kasacji sprzętu medycznego.

2. Zakres rzeczowy czynności konserwacyjnych w unitach i fotelach stomatologicznych obejmuje:

- 1) oczyszczenie reduktora ciśnienia z filtrem,
- 2) sprawdzenie i regulacja rozpylacza oleju turbinowego,
- 3) sprawdzenie szczelności instalacji wodnej i pneumatycznej oraz usunięcie ewentualnych przecieków w urządzeniu,
- 4) sprawdzenie działania ślinociągu,
- 5) sprawdzenie szczelności w rękawach unitu,
- 6) sprawdzenie działania spłuczki,
- 7) smarowanie łożysk przekładni,
- 8) sprawdzenie zakresu obrotów mikrosilnika,
- 9) sprawdzenie działania turbiny,
- 10) sprawdzenie i regulacja zakresu ruchów ramienia reflektora,
- 11) sprawdzenie pola oświetlenia lampy,
- 12) sprawdzenie poziomu oleju w zbiorniku pompy fotela, ewentualne uzupełnienie stanu,
- 13) kontrola pozycji skrajnych fotela i ewentualna regulacja,
- 14) sprawdzenie i regulacja zagłówka,
- 15) usunięcie drobnych usterek mechanicznych zgłaszanych przez użytkownika.